г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Опросный лист на Расходомеры

В зависимости от области применения, расходомеры подразделяются на:
- **Кориолисовые** – предназначены для прямого измерения массового расхода, плотности, температуры, вычисления расхода жидкостей, газов и взвесей;
- **Электромагнитные** – предназначены для измерений объемного расхода электропроводных жидкостей, пульп, суспензий и т. д.;
- **Вихревые –** предназначены для измерения объемного расхода жидкостей, газов и пара, по отношению к которым материалы проточной части расходомера обладают коррозионной стойкостью;
- **Вихреаккустические** – предназначены для технологических измерений расхода воды и водных растворов в промышленности, в составе АСУТП, и в системах коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС.

Для выбора расходомера предлагаем заполнить опросный лист!

Заказчик:	
Контактная информация:	
Позиция	Количество приборов
Измеряемая среда	Коррозионные примеси
Особенности измеряемой среды	Электропроводность среды, См/м
Плотность, г/см3	Вязкость, сСт
Давление измеряемой среды, кгс/см2	мин макс
Температура измеряемой среды, °С	мин макс
Расход, кг/ч	мин макс
Допускаемое падение давления, кгс/см2	Требуемая погрешность измерений
Температура окружающей среды, °С	мин макс
Внутренний диаметр трубопровода, мм	Толщина стенки, мм
Материал трубопровода (марка)	Форма уплотнительной поверхности фланца расходомера (гладкая, впадина)
Ответные фланцы ☐ требуются ☐ не требуются	Электропитание ☐ 100-220 В (переменный ток 50 Гц) ☐ 18-100 В (постоянный ток)
Монтаж преобразователя	☐ интегральный ☐ удаленный
Расстояние от датчика расхода до преобразователя (при удаленном монтаже), мм	Тип учета (при эксплуатации в узле учета): ☐ коммерческий ☐ технологический
Требования по взрывозащите преобразователя	☐ нет ☐ искробезопасная цепь (Exib) ☐ взрывонепроницаемая оболочка (Exde)
Дополнительное оборудование для конфигурации	☐ ручной HART – коммуникатор ☐ программное обеспечение ProLinkII
Дополнительные условия	Эксплуатация расходомера: ☐ отдельно ☐ в составе узла учета
Примечания:	